

OHJEET TALOUSVEDEN NÄYTTEENOTTOON

Laboratoriossa otetaan talousvesinäytteitä tutkittavaksi ma–to klo 8–15.30 (ei perjantaisin eikä aattona).

Muissa mahdollisissa vastaanottopisteissä vesiä otetaan vastaan vain tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan mennessä. Näytteen kanssa jätetään täytetty lähete/tilauslomake.

Tutkimustulosten valmistuttua laboratorio lähettää testausselosteen ja laskun sovittuun osoitteeseen. Tutkimustulosten valmistuminen kestää kahdesta päivästä neljään viikkoon määräyksistä riippuen.

TARVITTAVAN VEDEN MÄÄRÄ JA NÄYTEPULLOT

- Käyttökelpoisuustutkimus, suppea kaivovesitutkimus, syövyttävyystudkimus tai pienyrityspaketti: 0,5 l (steriili pullo) + 1 l (lasi- tai muovipullo)
- Bakteerit: 0,5 l (steriili pullo)
- Radon: 1 l (lasipullo)

Näytepullot voidaan hakea vesilaboratoriosta tai palvelupisteistä. Näytepulloja voi hakea Laboratoriosta arkisin klo 8–16, muut palvelupisteet noudattavat omia aikataulujaan.

NÄYTTEEN OTTAMINEN

Näytteet otetaan järjestyksessä radon, bakteerit, muut määritykset.

HANASTA

- Ennen näytteiden ottamista poista hanan päästä poresuutin/sekoittaja/sihti ja puhdista hana perusteellisesti. Suorita huolellinen käsienpesu ja desinfioi sitten hanan pää esim. liekittämällä. Juoksuta vettä kylmävesipuolelta kunnes vesi on tasaisen kylmää (3–5 min).
- **Radon-näyte:** Säädä valutusnopeus niin pieneksi, että vesi ei kuohu vaan näyttää täysin kirkkaalta. Valuta vesi hiljakseen pullon laita pitkin, jotta veteen ei sekoitu ilmaa. Ota pullo aivan täyteen vettä. Kirjoita läheteeseen tarkka näytteenottoaika.
- **Bakteeri-näyte:** Jätä steriiliin pulloon ilmatilaa pullon kaulan verran. Älä kosketa pullon suuta käsillä tai astialla.
- **Muut määritykset:** Ota näyteastia täyteen vettä.

SUORAAN KAIVOSTA

- Kaada pois ensimmäinen nostoastiallinen ja ota näytteet vasta seuraavasta.
- Kaada näyte nostoastiasta suoraan pulloihin. Älä kosketa pullon suuta käsillä tai astialla.

NÄYTTEIDEN TOIMITTAMINEN LABORATORIOON

Näytteet tulisi tuoda laboratorioon tai vastaanottopisteeseen näytteenottopäivänä. Pidä näytteet koko ajan viileässä ja valolta suojattuna. Näytteet eivät saa olla vanhempia kuin 24 h.

ANVISNINGAR FÖR TAGANDE AV HUSHÅLLSVATTENPROV

Laboratoriet tar emot hushållsvattenprov för undersökningar må-to kl. 8–15.30 (ej fredagar eller dag före helg).

Vid andra möjliga mottagningspunkter tas vattenprov emot endast vissa dagar inom en utsatt tid. En ifylld remiss/beställningsblankett inlämnas tillsammans med provet.

Laboratoriet skickar analysintyget och räkningen när resultaten har blivit färdiga. Analyseringen tar från två dagar till fyra veckor, beroende på vad som analyseras.

BEHÖVLIGA PROVFLASKOR OCH VATTENMÄNGDER

- För duglighetsundersökning, liten brunnsvattenundersökning, undersökning av korroderande egenskaper eller småföretagspaket: 0,5 l (steril flaska) + 1 l (glas- eller plastflaska)
- Bakterier: 0,5 l (steril flaska)
- Radon: 1 l (glasflaska)

Provflaskor kan hämtas från vattenlaboratoriet eller från betjäningpunkterna. Flaskor kan hämtas från Laboratoriet vardagar kl. 8–16, övriga betjäningpunkter följer sina egna tidtabeller.

TAGANDE AV PROV

Proven tas i ordningsföljden radon, bakterier, övriga analyser.

FRÅN KRAN

- Innan ni tar provet, ta bort bubbelmunstycket/blandaren/silen från kranens ända och rengör kranen grundligt. Tvätta händerna noggrant och desinficera sedan kranens ända genom att t.ex. flambara den. Låt vattnet först rinna från kallvattenkranen tills vattnets temperatur är jämnt kall (3–5 min)
- **Radon prov:** Minska flödet så att bubblor ej uppstår utan vattnet ser helt klart ut. Fyll flaskan långsamt längs flaskans insida så, att luft inte blandas i vattnet. Fyll flaskan helt. Ange exakt provtagningstidpunkt i remissen.
- **Bakterieprov:** Lämna luft i den sterila flaskan dvs. fyll upp till flaskans hals. Rör inte flaskans mynning med händerna eller ämbaret.
- **Övriga analyser:** Fyll flaskan helt.

DIREKT FRÅN BRUNNEN

- Häll bort den första satsen från brunnsämbaret. Ta provet först från andra hämtningen.
- Häll provet direkt från ämbaret i flaskorna. Rör inte flaskans mynning med händerna eller ämbaret.

LEVERANS AV PROVEN TILL LABORATORIET

Proven bör levereras till laboratoriet eller mottagningspunkten samma dag som provet tagits. Förvara proven hela tiden svalt och skyddade från ljus. Proven bör inte vara äldre än 24 h.